

ZP.271.82.366.2020.IS

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.82.2020 pn. Dostawa i montaż urządzeń defibrylatora AED wraz ze szkoleniami pn. „Serce na mapie Suwałk - BO”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytanie postawione w piśmie z dnia 05.10.2020 r:

Treść pytania nr 1:

Zwracamy się z prośbą o zmianę jedenastego podpunktu specyfikacji:

"Bateria nieładowna urządzenia, powinna posiadać okres przydatności do użytku minimum **5 lat**. Zasilanie urządzenia powinno zapewniać wykonanie nie mniej niż **200** wyładowań z maksymalną energią"

ZMIANA NA: Bateria nieładowna urządzenia, powinna posiadać okres przydatności do użytku minimum 4 lata. Zasilanie urządzenia powinno zapewniać wykonanie **nie mniej niż 100** wyładowań z maksymalną energią.

UZASADNIENIE:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie baterii z terminem przydatności 4 lata, ale z gwarancją **bezpłatnej wymiany na nową po każdorazowym użyciu** co będzie ekonomicznie dużo lepszym rozwiązaniem. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o dopuszczenie min. 100 wyładowań pełną energią. Przy jednej akcji ratowniczej ilość defibrylacji to maksymalnie 5-6 wyładowań. Jeśli po takiej ilości serce poszkodowanego nie reaguje, odstępuje się od dalszych działań poza reanimacją. Ilość 200 wyładowań na jednej baterii to zapas ponad 25 krotnie przekraczający realne zapotrzebowanie. Jednocześnie w przypadku użycia AED w celu ratowania życia oferujemy bezpłatną nową baterię, co powoduje że **Zamawiający niezależnie od czasu i częstotliwości używania AED po każdorazowej akcji będzie wyposażony w nową baterię zapewniającą kolejne 100 wyładowań.**

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu SIWZ dotyczącego skrócenia minimalnego czasu przydatności baterii.

Z up. PREZYDENTA
Lukasz Kurzyński
 ZASTĘPCA PREZYDENTA