

ZP.271.82.383.2020.IS

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.82.2020 pn. Dostawa i montaż urządzeń defibrylatora AED wraz ze szkoleniami pn. „Serce na mapie Suwałk - BO”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytania postawione w piśmie z dnia 08.10.2020 r:

Treść pytania nr 1:

Czy zamawiający poda dokładną ilość AED, które mają zostać umieszczone wewnątrz budynku na ciągach komunikacji ogólnej oraz ilość AED która ma znajdować się na ścianach obiektu użyteczności publicznej, oraz wskaże je dokładnie na liście lokalizacyjnej stanowiącej załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia

Zamawiający w załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia wskazał, że defibrylatory mają być umieszczone wewnątrz budynku oraz na ścianach obiektów użyteczności publicznej

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Wszystkie defibrylatory są w wykonaniu zewnętrznym montowane na ścianie zewnętrznej budynku zgodnie z zamieszczonymi mapami. Zamawiający zamieścił poprawione OPZ na stronie internetowej.

Treść pytania nr 2:

Zgodnie z zapisami punkt 17 „Wymagań technicznych urządzeń AED” podają państwo informację, że dla obiektów terenów objętych ochroną konserwatora zabytków lub wpisaną w rejestr zabytków powinny być spełnione kryteria zaleceń konserwatorskich wskazanych przez Miejskiego lub Wojewódzkiego Konserwatora zabytków.

Prosimy o podanie informacji które konkretnie obiekty/ tereny wymienione w wykazie miejsc lokalizacji objęte są przez Miejskiego lub Wojewódzkiego konserwatora Zabytków.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Obiekty wskazane poniżej znajdują się w strefie konserwatorskiej miasta i podlegają pod Miejskiego Konserwatora Zabytków. Niżej wskazane obiekty nie są zabytkami.

1. Budynek Starej Łaźni ul Andrzeja Wajdy 3
2. Budynek III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Noniewicza 83
3. Budynek Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej ul. E. Plater 33A

Treść pytania nr 3:

Zgodnie z zapisami punkt 17 „Wymagań technicznych urządzeń AED” podają państwo informację, że dla obiektów terenów objętych ochroną konserwatora zabytków lub wpisaną w rejestr zabytków powinny być spełnione kryteria zaleceń konserwatorskich wskazanych przez Miejskiego lub Wojewódzkiego Konserwatora zabytków.

Prosimy o podanie kryteriów/ zaleceń jakie są wyznaczone przez Miejskiego lub Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający załącza pozwolenia konserwatora na montaż urządzeń w strefie konserwatorskiej wraz z programem robót budowlanych.

Z up. PREZYDENTA
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Lukasz Kurzyński