SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-S

Zamówienie:

Dostawa schodołazu do Przedszkola nr 5 w Suwałkach w ramach Projektu „Edukacja włączająca w jednostkach oświatowych MOF Suwałki"

SCHODOŁAZ

Kod CPV:

33196200-2 — Sprzęt dla osób niepełnosprawnych

Adres dostawy: ul. Wincentego Witosa 4
16-400 Suwałki

Realizator Projektu: Przedszkole nr 5
z Oddziałem integracyjnym
w Suwałkach
ul. Wincentego Witosa 4
16-400 Suwałki

Lipiec 2026 r.

1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem zamówienia jest dostawa schodołazu do Przedszkola nr 5 w Suwałkach w ramach Projektu „Edukacja włączająca w jednostkach oświatowych MOF Suwałki", zgodnie ze specyfikacją techniczną dla urządzenia.

Zakres zamówienia obejmuje:

- dostawę, złożenie i ustawienie urządzenia,
- przeprowadzenie szkolenia dla użytkownika i co najmniej dwóch opiekunów

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu urządzenie wyłącznie fabrycznie nowe, nieużywane oraz nieeksponowane, kompletne, gotowe do użytku bezpośrednio po dostarczeniu go do przedszkola, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów.

Wykonawca najpóźniej na 3 dni kalendarzowe przed wyznaczonym terminem odbioru urządzenia jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu następującej dokumentacji:

- instrukcja,
- karta gwarancyjna,
- instrukcja BHP,
-karta przeglądów.

Parametry określone w specyfikacji technicznej stanowią minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard, mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności należy do Wykonawcy.

Obowiązek udowodnienia, że urządzenie jest równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę - Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno – jakościowe i inne dokumenty dla urządzenia pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne.

2. Specyfikacja

ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE			
Lp.	Rodzaj wyposażenia	Pozycja specyfikacji technicznej	Ilość
1	*2*	*3*	*4*
SPRZĘT DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
1	Schodołaz gąsienicowy	ST-S	**1** szt

SPECYFIKACJA TECHNICZNA	
MINIMALNE WYMAGANIA	
ST-S Schodołaz gąsienicowy	
Udźwig nominalny	min. 130 kg (preferowane 150÷170 kg)
Akumulator	ładowalny: co najmniej 40 pięter na jednym ładowaniu
Obsługa stopni	do wysokości min. 200 mm
Konstrukcja	składana / dzielona, ułatwiająca transport
Systemy bezpieczeństwa	hamulec awaryjny, pasy, antypoślizgowe powierzchnie, wyłącznik awaryjny
Sterowanie	ergonomiczne, obsługa przez użytkownika i opiekuna
Zgodność	Oznakowanie CE, instrukcja w języku polskim, deklaracja zgodności, urządzenie zgłoszone jako wyrób medyczny
Gwarancja i rękojmia	min. 24 miesiące, serwis i części w Polsce dostępne przez min. 5 lat
Uwagi	Wymagana wizja w obiekcie przed dostawą. Wykonawca zamówienia zapewnia transport, montaż i ustawienie urządzenia. Urządzenie gotowe do użytkowania po montażu. W cenę wliczone szkolenie dla min. 2 opiekunów i użytkownika. Wymagany odbiór techniczny z protokołem testowym.